



PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR



ATA DA SESSÃO DE ADJUDICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.009/2021
Processo Administrativo Nº 10.009/2021-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Data de Publicação: 08/03/2021 18:29:05

MOVIMENTOS DO PROCESSO

- 12/03/2021 08:13:03 ESCLARECIMENTO REQUERIDO** DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (02.535.707/0001-28)
Prezado Sr. Pregoeiro, a Dräger tem interesse em participação do ref. pregão e por isso solicita os seguintes esclarecimentos: > Qual o prazo de entrega do material? Não consta no edital e no TR. > Prazo de garantia é de 12 meses? Também não consta no edital e no TR. Agradecemos e ficamos no aguardo de um retorno. Obrigada!
- 12/03/2021 18:44:18 CADASTRO DE PROPOSTA** LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
- 14/03/2021 15:04:19 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
- 15/03/2021 12:54:49 CADASTRO DE PROPOSTA** S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
- 15/03/2021 14:18:47 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
- 15/03/2021 15:02:26 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO
Bom Tarde, Conforme solicitado venho através deste responder ao esclarecimento solicitado, no que tange ao questionamento efetuado por V. Sa., consignamos o que segue:
Na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02 não temos dispositivos que tratam do prazo de entrega dos materiais adquiridos pela Administração, estabelecendo limites máximos ou mínimos. A definição do prazo da entrega é uma ação discricionária do órgão, e será estabelecida em conformidade com as necessidades que deverão ser atendidas, conforme item 4.1 do Anexo do Edital. No caso em tela após a licitante ser declarada vencedora do certame, a licitante terá o intervalo de tempo para a disponibilidade do produto entre a homologação, assinatura da ata e a solicitação do contrato, diante do exposto, o prazo de ser declarada vencedora até a ordem de compra, já tem se passado em torno de 10 a 15 dias, mais o prazo solicitado pela Secretária na ordem de compra, ficará em torno de 20 a 30 dias podendo ser prorrogado por igual período de acordo com o constante na ordem de compra. A licitação em tela trata-se também de aquisição de equipamentos de total importância por se tratar da efetiva e urgente necessidade de viabilizar medidas de prevenção e controle de infecção pela COVID 19, por esse motivo a licitação tem o prazo reduzido e de preferência com entrega imediata. Quanto a questão da garantia, é de acordo com as especificações contidas no Anexo I do edital.
- 16/03/2021 09:03:23 MENSAGEM** PREGOEIRO
Bom dia a todos os licitantes, vamos dar início a fase de lances. Boa Sorte a todos.
- 16/03/2021 09:17:53 MENSAGEM** PREGOEIRO
Iremos analisar os documentos de habilitação e divulgaremos o resultado até as 11h00m.
- 16/03/2021 11:13:45 MENSAGEM** PREGOEIRO
Abriu o prazo de 30 min para manifestação de recursos de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, conforme item 13.1 do edital em questão.

LOTE 1 - ADJUDICADO
diversos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NEXXMED Modelo: ANIMA A-420

Descrição: VENTILADOR PULMONAR – Principais características: Tecnologia para funcionar com ar comprimido em alta pressão. Conectado a uma Interface Eletrônica programada; O VI-C19 pode ainda trabalhar com redes de ar comprimido hospitalar de alta pressão já existentes, facilitando sua implantação em hospitais e estabelecimentos que já tenham redes instaladas. Central que permite que todos os Ventiladores Pulmonares Inteligentes sejam monitorados em tempo real e de maneira fácil e prática. Compatibilidade com uso pediátrico (a partir de 9 kg) – Homologado pela ANVISA. Interface multi-idiomas (português, francês, espanhol, inglês) – Homologado pela ANVISA.

Principais Recursos: baixo volume corrente, alta e baixa pressão. Três modos de operação, PCV, VCV e PSV para uso pediátrico e adulto. Histórico de eventos relacionados ao paciente corrente, com detalhes do evento, data e hora de ocorrência. Auto teste na inicialização para garantir que tudo está funcionando como deve. Configuração dos dados do paciente para cálculo automático do peso predito para ajudar nas calibrações. Tela de 10 polegadas touch screen, IPS, com interface intuitiva.

Características Gerais:

Modo de operação: VCV, PCV e PSV Pressão de Pico (P.Pico): 55 cmH2O Pressão de suporte: De 5 a 30 cmH2O PEEP: De 0 a 30 cmH2O variando de 1 em 1 Frequência de respiração: De 04 a 50 Controle de FiO2 inspirado: SIM Representação Gráfica: SIM, Pressão, Fluxo e Volume Dados do Paciente, Configurações de Alarme e FiO2: SIM Pausa inspiratória: SIM Pressão regulada e Volume controlado: SIM Válvula de segurança para pressões superiores a 80 cmH2O: SIM Relação I:E: 1:2 podendo ser ajustada na faixa 1:1 – 1:10 Volume corrente (inspirado e expirado): SIM, Configurável Ventilação backup para modo PSV (paciente em apneia) SIM (PCV) Exibe o volume corrente, volume inspirado, frequência, PEEP, e modo de ventilação: SIM Status da Bateria e modo de Ventilação: SIM Controle da pressão de pico, platô e PEEP: SIM Auto teste inicial: SIM Monitor de oxigênio SIM Sensor de fluxo SIM Configuração de idiomas SIM, Português – Inglês – Espanhol – Francês

Alarmes programáveis e alertas Alto volume corrente: SIM, somente alarmes de áudio e visual Alto volume minuto: SIM, somente alarmes de áudio e visual Baixo volume corrente: SIM, somente alarmes de áudio e visual Baixo volume minuto: SIM, somente alarmes de áudio e visual Alta pressão: SIM, alertas de áudio e visual; e válvula de segu

Quantidade: 10

Valor Unit.: 41.400,00

Valor Total: 414.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS	086	28.893.456/0001-47	418.250,00	414.000,00	Sim
2 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS	046	11.726.439/0001-12	800.000,00	739.000,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS


Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

08/03/2021 18:29:04	PUBLICADO				
08/03/2021 18:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
16/03/2021 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
16/03/2021 09:04:09	DISPUTA				
16/03/2021 09:04:09	LANCE	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		800.000,00	
16/03/2021 09:04:09	LANCE	LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		418.250,00	
16/03/2021 09:12:58	LANCE	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		739.000,00	
16/03/2021 09:12:58	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
16/03/2021 09:14:58	HABILITAÇÃO				
16/03/2021 09:14:58	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta é LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME					
16/03/2021 09:17:37	LANCE	LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		414.000,00	
16/03/2021 09:18:27	MENSAGEM	LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA -			
Prezado pregoeiro, encerrou a etapa de lances e iniciou-se a fase de habilitação?					
16/03/2021 09:27:36	MENSAGEM	PREGOEIRO			
PARA PARTICIPANTE 086: Após a fase de lances, inicia-se a fase de julgamento da habilitação.					
16/03/2021 11:12:14	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

16/03/2021 11:13:37 RECURSO MANIFESTADO S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS

Solicitamos análise de tal processo aludido instrumento contém em seu bojo descritivos técnicos que direcionam alguns itens a um determinado fabricante. em desconformidade com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, mesmo embasado no Art. 4º - G da Lei nº 13.979/20. Como se pode observar na SESSÃO DE DISPUTA, apenas dois licitantes participaram, tendo em vista que apenas 01 (um) licitante ofertou tal marca. Desta forma como se pode julgar tal competitividade?
Será enviado completo.

16/03/2021 11:42:15 DEFERIMENTO DE RECURSOS

16/03/2021 12:17:10 MANIFESTAÇÃO INDEFERIDA PREGOEIRO

Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o estabelecido no edital, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). Assim, e numa análise exclusivamente positivista, decai o direito à impugnação do edital, independentemente do vício existente, caso inerte o interessado até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. Caso este tem o mérito especial que é um dia útil.

16/03/2021 12:17:36 EM ADJUDICAÇÃO

17/03/2021 07:55:44 ADJUDICADO

PREGOEIRO: CLAUDÍO HENRIQUE CASTELO BRANCO

APOIO CARLOS RAMIRES LIMA DO NASCIMENTO

MEMBRO DE APOIO CLAUDETE LIMA PINTO VIEIRA